

参 加 証

国立病院機構

鹿児島医療センター 殿

貴施設は日本臨床衛生検査技師会
臨床検査精度管理調査（2024年度）
に参加したことを証します。

令和6年8月23日

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

代表理事 会長 横地 常



2024年 8月

国立病院機構
鹿児島医療センター
施設長 殿

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
代表理事 会長 横地 常広

2024年度 日臨技臨床検査精度管理調査

施設総合評価報告書

本年度サーベイにおける貴施設の評価対象項目に対する結果は、
以下のとおりです。

分野	評 価 対象数	評価A+B		評価C		評価D	
		件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
臨床化学	70	70	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
免疫血清	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
微生物	21	21	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
血液	32	32	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
細胞	15	15	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
生理	24	24	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
輸血	35	35	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
病理	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
遺伝子	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
計	259	259	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

評価A、もしくは評価Bとなることが望ましい。
なお、評価対象数には対象外となった項目は含みません。

遺 伝 子 検 査

《評価について》

- ・ HCV RNAおよびHBV DNA定量は平均値－3SDから平均値+3SDの範囲を評価設定範囲と致しました。評価設定範囲内の報告値をA評価、評価設定範囲外をD評価と致しました。測定単位が異なる場合（前年度logIU/mLであったものがlogコピー/mLとなっている等）はD評価と致しました。
- ・ 結核菌定性は正解をA評価、不正解をD評価と致しました。なお、何らかの原因で判定保留となった場合は、対象外と致しました。
- ・ SARS-CoV-2核酸定性は正解をA評価、不正解をD評価と致しました。なお、試料中の成分が増幅系に干渉し測定不能（判定保留）となった場合や増幅領域が試料断片部分のため増幅出来ない可能性がある場合など、表示は不正解ですが、AまたはB評価と致しました。

【結核菌定性】

貴施設回答				評価
結核菌群 定性	試料103	(01) 陰性	正解	評価A
	試料104	(02) 陽性	正解	評価A
	試料105	(01) 陰性	正解	評価A

【動画問題 参考調査】

貴施設回答				評価
遺伝子 動画問題	動画問題	(4) 動画4 電気泳動	不正解	-

【SARS-CoV-2核酸増幅】

貴施設回答				評価
SARS-CoV-2(核酸増幅)	試料106	(01) 陽性	正解	評価A
	試料107	(01) 陽性	正解	評価A
	試料108	(02) 陰性	正解	評価A

【評価】

項目	評価		評価
結核菌群 定性	試料103	評価A	試料105 評価A
	試料104	評価A	
SARS-CoV-2(核酸増幅)	試料106	評価A	試料108 評価A
	試料107	評価A	